

**1. Hidrofób, egytestű, kékfényszűrős, aszférikus akrilát alapananyagú (optika és haptika) műlencse
870 db/év**

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Hidrofób akrilát anyagú (optika és haptika) lencse, kékfény szűréssel

Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A műlencsével szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
– Egytestű, a haptika és az optika anyaga azonos	Igen, Hidrofób akrilát	
– Optika típusa	Aszférikus, biconvex	
– Szemlencse kék fény elleni védelemmel rendelkezik?	Igen	
– Törésmutató	Magas (>1,52), kérjük megadni	
– 2 db haptika	Igen, L vagy azzal egyenértékű	
– Szemlencse dioptria tartománya?	Min 10D – 30D, Kérjük megadni!	

**2. Hidrofób, háromtestű, akrilát alapananyagú (optika) műlencse
10 db/év**

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Hidrofób akrilát anyagú (optika) lencse, sulcusba is ültethető

Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A műlencsével szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
– Optika anyaga	Hidrofób akrilát	
– Háromtestű, a haptika merev anyagból készüljön	PMMA haptika	
– Optika típusa	Biconvex	
– Törésmutató	Magas (>1,52), kérjük megadni	
– 2 db haptika	Igen, C vagy azzal egyenértékű	
– Szemlencse dioptria tartománya?	Min 10D – 30D Kérjük megadni!	
– Beültető patronnal	Igen	

3. Hidrofób, egytestű, akrilát alapananyagú (optika és haptika) multifokális műlencse 5 db/év

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Hidrofób akrilát anyagú (optika és haptika) lencse, kékfény szűréssel és apodizált multifokális optikával

Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A műlencsével szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
– Egytestű, a haptika és az optika anyaga azonos	Igen, Hidrofób akrilát	
– Optika típusa	Apodizált diffraktív	
– Szemlencse kék fény elleni védelemmel rendelkezik?	Igen	
– Optikai rész aszférikus?	Igen	
– Törésmutató	Magas (>1,52), kérjük megadni	
– 2 db haptika	Igen, L vagy azzal egyenértékű	
– Szemlencse dioptria tartománya?	Min 10D – 30D, Kérjük megadni!	

4. Hidrofób, egytestű, akrilát alapananyagú (optika és haptika) tórikus műlencse 10 db/év

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Hidrofób akrilát anyagú (optika és haptika) lencse, kékfény szűrőréssel és tórikus optikával

Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A műlencsével szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
– Egytestű, a haptika és az optika anyaga azonos	Igen, Hidrofób akrilát	
– Optika típusa	Tórikus	
– Szemlencse kék fény elleni védelemmel rendelkezik?	Igen	
– Optikai rész aszférikus?	Igen	
– Törésmutató	Magas (>1,52), kérjük megadni	
– 2 db haptika	Igen, L vagy azzal egyenértékű	
– Szemlencse dioptria tartománya?	Min 10D – 30D, Kérjük megadni!	

– Toricitás tartománya	Min 1,0D –3,0D, Kérjük megadni!	
------------------------	---------------------------------	--

5. Műtéti csomag phacoemulzifikációs műtétekhez
900 db/év

Általános követelmények:

- A nagy tömegű töltet igénybevételét jól bíró vastagfólia steril csomagolás (ViPack-szerű papír-vékonyfólia nem megfelelő) igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Phacoemulzifikációs műtétekhez használt egyszerűhasználatos műtéti segédanyag csomag

		Ajánlattevő válasza
Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A szettel szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	
folyadékgyűjtő kazetta	1 db, a biztosított készülékhez	
irrigáló kanül 27GA	2 db	
lándzsa kés, hajlított 2,75mm	1 db	
incíziós kés 15°	1 db	
szemkagyló, műanyag, átlátszó	1 db	
műszertörlő	1 db	
vattaspálca, 20cm	4 db	
folyadékgyűjtő pohár, 250ml	1 db	
Karfaizoláló	2 db	
steril asztal takaró 110x110cm	1 db	
beteg izoláló drapéria 140x140cm, szemnyílás fóliázott, folyadékgyűjtő zacskóval	1 db	
kabát, L méret, megerősítés nélkül	1 db	
kabát, XL méret, megerősítés nélkül	1 db	
Kéztörlő	1 db	
tű, 18G38	1 db	
szemtakaró, ovális	1 db	
szivarka 10db	1 db	
kötszer, 8 rétegű, 5x5cm	10 db	
fecskendő, 10ml, luer-lock	1 db	
fecskendő, 2ml, 2 részes, luer-lock	1 db	
fecskendő, 5ml, luer-lock	1 db	
fecskendő 1ml, luer-lock, tuberc	1 db	
BSS	átlagosan 340ml	
NaHa tartalmú viszkoelasztikus anyag	min. 0,55ml	
Műlencse beültető patron	1 db	

**6. Hidrofób, egytestű, kékfényszűrős, aszférikus akrilát alapanyagú egyszerhasználatos előre töltött műlencse
5 db/év**

Általános követelmények:

- Éles szélű optika igen
- Széles dioptria tartományban áll rendelkezésre igen
- Csomagolása biztonságos, könnyen kezelhető igen

Hidrofób akrilát anyagú (optika és haptika) lencse, kékfény szűréssel

Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A műlencsével szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	Ajánlattevő válasza
- Egytestű, a haptika és az optika anyaga azonos	Igen, Hidrofób akrilát	
- Optika típusa	Aszférikus, biconvex	
- Szemlencse kék fény elleni védelemmel rendelkezik?	Igen	
- Törésmutató	Magas (>1,52), kérjük megadni	
- 2 db haptika	Igen, L vagy azzal egyenértékű	
- Szemlencse dioptria tartománya?	Min 10D – 30D, Kérjük megadni!	

Biztosítandó eszközök

7. Asztali sterilizáló berendezés 1 db

Általános követelmények:

- B vagy S osztályú készülék igen

Asztali sterilizáló készülék

		Ajánlattevő válasza
Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A készülékkel szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	
S vagy B osztályú készülék	Igen, kérjük megadni	
Asztali kivitel	Igen	
Minimum 2 tálcával / kazettával	Igen	

8. Korszerű Phacoemulzifikációs készülék korszerű műlencse tervező eszközzel 1 db

Általános követelmények:

- Elülső vitrektómiás üzemmóddal rendelkező igen

Phacoemulzifikációs készülék torziós üzemmóddal

		Ajánlattevő
--	--	--------------------

		válasza
Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A készülékkel szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	
Perisztaltikus üzemmódú pumparendszerű készülék.	Igen	
Az összes beállítás egyedileg programozható:	minimum 15 memória hely	
Rendelkezik ultrahanggal (phaco).	Igen	
Rendelkezik pneumatikus vitrectomiával.	Igen	
Rendelkezik motoros infúzió tartóval.	Igen	
Rendelkezik automata (lábbal vezérelhető) lencsebeültető eszközzel	Igen	
Gördíthető kivitel.	Igen	
Rendelkezik érintő képernyős állítási lehetőséggel.	minimum 30 cm képátló	
Rendelkezik speciális műlencsék tervezését és beültetését segítő eszközzel, pedálról történő vezérléssel.	Igen	
Lábpedal :	Vezeték nélküli	
Cseppmentes kivitel.	Igen	
Szabadon programozható funkciók:	minimum 6 funkció	
Vákuum tartomány szélessége:	0 – 650 Hgmm	
Aspirációs ráta	0-60 cc/perc	
Phaco:		
Frekvencia tartomány:	30-60 kHz	
Torziós üzemmód	Igen	
Energia takarékos üzemmód	Állítható pulzáció	
Pneumatikus üzemmódban minimum 4000 CPM vágási sebesség	23G	
4 db kézifej tálca, melynek tartalma tálcánként: 1db Torziós kézifej 1db Phaco hegy 1db csavarkulcs 1db szívó-öblítő kézifej		

9. Operációs mikroszkóp 1 db

Általános követelmények:

- Motoros XY és fókusz egységgel
- Mechanikus rögzítőfékkel

igen

igen

Operációs mikroszkóp motoros XY és fókusz egységgel

		Ajánlattevő válasza
Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A készülékkel szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	
Cseppmentes, 12 funkciós lábpedál	Igen	
Motoros XY és fókusz	Igen	
Mechanikus rögzítőfék	Igen	
Antibakteriális Ag tartalmú festékek bevont	Igen	
Beépített videokamera	Igen	

10. Phaco kéziműszer szett 4 db

Általános követelmények:

- Autoklávozható kivitel

igen

Phaco kéziműszer készlet

		Ajánlattevő válasza
Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A kéziműszerekkel szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	
Olló, strabizmus 4 db	Igen	
Feltáró, csavaros 1 db	Igen	
Feltáró, rugós 4 db	Igen	
Spatula, hajlított, 13mm 4 db	Igen	
Capsulorhexis csipesz Buratto 4 db	Igen	
Chopper, Rosen 4 db	Igen	
Fogas csipesz 7mm 4 db	Igen	
Műlencse injektor 4 db	Igen	
Injektor töltő csipesz 4 db	Igen	
Sterilizációs tálca 4 db	Igen	

11. Kiegészítő kéziműszer szett 1 db

Általános követelmények:

- Autoklávozható kivitel

igen

Kiegészítő kéziműszer készlet

		Ajánlattevő válasza
Ajánlattevő neve:		
Ajánlattevő címe:		
Termék megnevezése:		
Származási ország:		
A kéziműszerekkel szemben támasztott követelmények	Minimum Követelmény	
Olló, hajlított, hegyes, 10.3cm 1db	Igen	
Olló, 13mm, hajlított, corneához 1db	Igen	
Capsulotomiás olló, hajlított, tompa 1db	Igen	
Csomózó csipesz, egyenes, 4mm 1db	Igen	
Sclera csipesz, hajlított, csomózó 1 db	Igen	
Colibri csipesz, 0.12mm-es fogazott 1db	Igen	
Tűfogó kerek nyéllal 13cm 1db	Igen	
Tűfogó zár nélküli 1db	Igen	
Tokcsipesz 1db	Igen	
Szemhéj csipesz hajlított 1db	Igen	
Cornea olló, hegyes, Wescott, 10mm 1db	Igen	
Vannas olló 1db	Igen	
IOL daraboló olló, tompa végű 1db	Igen	
IOL csipesz, tompa végű 1db	Igen	
Mérce, 20mm 1db	Igen	
Snellen hurok, 4mm 1db	Igen	
Hurok kanul, 3 porttal 1db	Igen	
Implantációs csipesz 1db	Igen	
Összehajtó csipesz 1db	Igen	
Toric jelölő szett	Igen	